



À SEC. EXECUTIVA PARA
DEVIDAS PROVIDÊNCIAS
Em 02/02/2026
Presidente

INDICAÇÃO Nº 36 /2026

Indico à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, de acordo com os dispositivos dos arts. 169 c/ 170, todos da Resolução n. 86/90 – Regimento Interno deste Poder, seja endereçado expediente ao **Excelentíssimo Governador do Estado do Acre, Gladson Cameli**, e ao senhor **Pedro Pascoal, Secretário de Estado de Saúde - SESACRE**, a seguinte indicação, solicitando a aquisição de uma estufa para Sala de Esterilização do Laboratório do Pronto - Socorro do Hospital Urgência e Emergência de Rio Branco.

Sala das Sessões “Deputado Francisco Cartaxo”

05 de fevereiro de 2026

Adailton Cruz
Deputado Estadual – PSB



JUSTIFICATIVA

A presente **INDICAÇÃO** tem como objetivo solicitar a aquisição de uma estufa para a Sala de Esterilização do Laboratório do Pronto-Socorro do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco. O equipamento atualmente em uso encontra-se com defeito há mais de dois anos, período em que passou por sucessivos reparos sem que o problema fosse resolvido de forma definitiva, impossibilitando seu funcionamento adequado e comprometendo a biossegurança dos procedimentos laboratoriais.

Durante visita IN LOCO à unidade, constatamos que, em razão da inoperância da estufa, os servidores estão sendo obrigados a realizar a secagem manual das lâminas, utilizando lenços para enxugá-las. Há dias em que essa quantidade chega a aproximadamente 500 lâminas, tornando o procedimento extremamente desgastante e aumentando significativamente o risco de contaminação. Esse método precário compromete a eficiência da esterilização e pode impactar diretamente a precisão e a confiabilidade dos exames laboratoriais, essenciais para o diagnóstico e o tratamento eficaz dos pacientes atendidos na unidade.

É imprescindível ressaltar que a ausência de um processo de esterilização adequado compromete não apenas a segurança dos profissionais de saúde, mas, sobretudo, a dos pacientes, uma vez que a higienização inadequada dos materiais laboratoriais favorece a disseminação de agentes patogênicos. Considerando a natureza emergencial do Hospital, a agilidade e a segurança nos processos laboratoriais são indispensáveis para a qualidade do atendimento prestado.

Diante da gravidade da situação, ressaltamos a urgência na aquisição de uma nova estufa para a Sala de Esterilização, de modo a garantir a adequação dos procedimentos de biossegurança, a proteção da saúde dos servidores e a eficácia no diagnóstico dos pacientes.

Sendo o que temos para o momento, reiteramos nossos votos de estima e consideração, confiantes no compromisso dos entes competentes com a saúde pública, e aguardamos um retorno positivo sobre as providências a serem adotadas para a resolução dessa demanda essencial.



Sala das Sessões "Deputado **Francisco Cartaxo**"

05 de fevereiro de 2026



Adailton Cruz

Deputado Estadual – PSB